

## Trabalho apresentado no 18º CBCENF

**Título:** UTILIZAÇÃO DAS ESCOVAS DE CERDAS MACIAS PARA A LIMPEZA DE MATERIAIS NO EXPURGO

**Relatoria:** ZAINE REBECA SILVA ARAUJO  
AMANDA GRAZIELLA SOUZA MONTEIRO LIMA

**Autores:** ELZA LIMA DA SILVA  
CELIA MARIA KURZ

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Gestão, tecnologias e cuidado

**Tipo:** Relato de experiência

**Resumo:**

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A Central de Materiais e Esterilização (CME) é definida como uma unidade de apoio técnico a todas as áreas assistenciais. A área destinada para a limpeza dos materiais é onde ocorre à remoção mecânica de sujidades, maior quantidade possível de carga microbiana, contaminantes de natureza orgânica e inorgânica e mantêm a vida útil do artigo, utilizando varias formais de limpeza, como a limpeza manual que consiste em ser realizada através da fricção com as escovas de cerdas macias e uso de soluções de limpeza de forma rigorosa, meticulosa. OBJETIVO: Apresentar aspectos gerais sobre a utilização das escovas de cerdas macias no expurgo. METODOLOGIA: Trabalho tipo relato de experiência desenvolvido durante a prática no setor de expurgo da CME de um hospital universitário em São Luis-MA, durante o mês de junho de 2015. Este relato foi realizado com base nas observações e experiências vivenciadas onde foram analisados manuais e artigos encontrados em bancos de dados. RESULTADOS: Durante a prática na CME observou se a importância de uma limpeza eficiente, e para que isso aconteça é necessário que após a limpeza com o detergente enzimático haja uma correta fricção com a utilização da escova correta para a limpeza de cada material. As escovas de cerdas macias devem ser utilizadas preferencialmente para a limpeza de materiais canulados ou que apresentem orifícios de difícil acesso (câmulas, bicos ou pontas de aspiradores cirúrgicos, seringas para anestesia, trocâteres para laparoscopia e artroscopia bem como ópticas para endoscopia), devem ser utilizadas escovas cilíndricas apropriadas para cada diâmetro e comprimento do lúmen. Elas podem variar quanto ao tamanho da haste (500, 750 ou 1000mm) e das cerdas (20, 35 ou 60mm) e quanto ao comprimento. CONCLUSÃO: Durante a prática na CME no setor de expurgo notou se a importância de uma limpeza adequada, pois através dela retira se boa parte dos resíduos. As escovas devem ser utilizadas tanto para uma limpeza mais adequada dos produtos e com isso proteção do paciente quanto para evitar que o funcionário responsável pela lavagem tenha uma maior exposição a resíduos infectantes.